












































设备清单



| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 购入时间 | 税率 | 使用年限 | 是否保税 | 是否解除海关监管 | 是否堪用 | 设备现状描述 | 设备现状图片 (可另外提供原图) |
|----|-----------|---------------|-----------------|------------|-----|------|------|----------|------|---|---|
| 1 | 功率计 | Agilent | E4418B | N/A | 13% | 13 | 否 | 是 | 否 | 不能开机 |  |
| 2 | 通用无线通信测试仪 | ROHDE&SCHWARZ | CMU200 | 09/24/2010 | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 3 | 通用无线通信测试仪 | ROHDE&SCHWARZ | CMU200 | 09/24/2010 | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 4 | 通用无线通信测试仪 | ROHDE&SCHWARZ | CMU200 | 07/08/2005 | 13% | 10 | 否 | 是 | 否 | GSM only(RF2不准) 自检Reference Board不合格, 部分项目无法测试。校准不合格 |  |
| 5 | 综合测试仪 | keysight | keysight T2010A | N/A | 13% | 5 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 6 | 向量信号发生器 | Agilent | E4438C | 03/15/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 否 | 不能开机 |  |
| 7 | 音讯分析仪 | SUNLILAB | 160A | N/A | 13% | 18 | 否 | 是 | 否 | 驱动母盘损坏, 无法开机 |  |
| 8 | 射频信道仿真器 | TAS | MODEL 4500 | N/A | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|-------------|------------|-----|----|---|---|---|------|---|
| 9 | 通用无线通信测试仪 | Agilent | 8960 E5515C | 04/08/2014 | 13% | 18 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 10 | 功率放大器 | CROWN | XLS202 | N/A | 13% | 12 | 否 | 是 | 否 | 不能开机 |  |
| 11 | 功率放大器 | CROWN | XT11000 | N/A | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 12 | 屏蔽盒 | ROHDE&SCHWARZ | CMU-Z11 | 04/26/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 13 | 数据采集器 | Agilent | 34970A | 10/21/2019 | 13% | 9 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 14 | 屏蔽盒 | will tek shield box | Will'tek | 02/19/2014 | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 15 | 直流电源供应器 | Agilent | E3647A | 09/27/2006 | 13% | 14 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 16 | 直流电源供应器 | Agilent | 66311B | 01/08/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 17 | 直流电源供应器 | Agilent | 66319D | N/A | 13% | 14 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 18 | 电源供应器 | Keithley | 2306 | 03/19/2014 | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|-----------------------|------------|-----|----|---|---|---|--------------|---|
| 19 | 万用表/数据采集器 | Keithley | 2700 | 11/04/2006 | 13% | 14 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 20 | 直流电源供应器 | Agilent | E3631A | N/A | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 21 | 数字万用表 | Agilent | 34401A | N/A | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 22 | 通用无线通信测试仪 | ROHDE&SCHWARZ | CMU200 | 09/24/2007 | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 限制使用 |  |
| 23 | 受话/送话 测试适配器 | Sunilab | MODEL-167 | N/A | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 24 | 通用无线通信测试仪 | ROHDE&SCHWARZ | CMU200 | 09/06/2007 | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 2018/11/29停用 |  |
| 25 | 频谱分析仪 | Agilent | E4405B | 08/15/2007 | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 26 | 频谱分析仪 | Agilent | E4404B | N/A | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 27-36 | 屏蔽盒 (10台) | N/A | TTC201403-104-105-005 | N/A | 13% | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |
| 37 | 示波器 | Tektronix | MSO4104 | 04/29/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | N/A |  |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|--------------------|------------|-----|----|---|---|---|------|---|
| 38 | 毫欧表 | Agilent | 4338B | N/A | 13% | 9 | 否 | 是 | 否 | N/A |  |
| 39 | SoundConnect 麦克风电源 | LISTEN INC. | / | N/A | 13% | 10 | 否 | 是 | 否 | N/A |  |
| 40 | 屏蔽盒 | will'tek | will'tek 4921+4910 | 08/15/2006 | 13% | 14 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 41 | 数字万用表 | Agilent | 34401A | N/A | 13% | 13 | 否 | 是 | 否 | 无法开机 |  |
| 42 | 通用无线通信测试仪 | ROHDE&SCHWARZ | CMU200 | 04/26/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 43 | 电子负载 | Agilent | 6063B | 08/15/2018 | 13% | 14 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 44 | 数字万用表 | Agilent | 34401A | N/A | 13% | 15 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 45 | 直流电源供应器 | Agilent | 6632B | N/A | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 46 | 万用表/数据采集器 | Keithley | 2700 | 07/28/2005 | 13% | 15 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|---------|------------|-----|----|---|---|---|---|---|
| 47 | 直流电源供应器 | Agilent | E3631A | N/A | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 48 | 直流电源供应器 | HEWLETT PACKARD | 6632B | N/A | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 49 | AGPS测试系统 | Spirent | 8100 | 2016/5/25 | 13% | 10 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 50 | 手机综合测试仪 | Agilent | GSS8800 | 2016/3/9 | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 51 | 功率计 | OHDE&SCHWARZ | NRVD | 09/06/2007 | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 52 | 功率计 | Agilent | E4416A | 02/08/2007 | 13% | 13 | 否 | 是 | 是 | 正常运行 |  |
| 53 | 交流测试分析仪 | Agilent | 6811B | 07/05/2007 | 13% | 13 | 否 | 是 | 否 | 2018.11.30 库存停用 不能开机 |  |
| 54 | 直流电源供应器 | Agilent | E3634A | 01/25/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 否 | 2018.11.30 库存停用 25V电流档50V电压 电流档超差 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|----------|------------|-----|----|---|---|---|-----------|---|
| 55 | 恒温恒湿试验机 | WEISS | WK340/70 | 04/26/2008 | 13% | 12 | 否 | 是 | 否 | 无法开机 |  |
| 56 | 滴水试验机 | 自制 | N/A | 2009 | 13% | 13 | 否 | 是 | 否 | 库存，有防水试验机 |  |